



2021年4月26日

お客様各位

〒112-0002
東京都文京区小石川一丁目4番1号
メドライン・ジャパン合同会社
薬事・品質保証部 野村 薫子

製品自主回収のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、弊社取扱いの「シリコンバルブリザーバーセット 200mL」について、下記の通り自主回収することと致しました。お客様には多大なご迷惑とお手数をおかけし、誠に申し訳なく存じますが、事情をご賢察のうえ、当該製品の回収にご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品：

一般的名称：排液バック
販売名：メドライン ドレナージシステム リザーバー
製品番号：DYNJWE1200SET(シリコンバルブリザーバーセット 200mL)
ロット番号：CSI20090002J、CSI20100005J
出荷時期：2021年1月14日～2021年4月7日

2. 回収理由：

当該ロット製品においてアウトレットポート(排液口)の成形不良によりスクリュューキャップを締めた際に亀裂が入る可能性が完全には否定できず、万一亀裂が入った場合に吸引不良・廃液漏れに至る恐れがあるため、自主回収を実施することと致しました。なお、現在までに当該製品に起因する健康被害の報告はありません。

3. ご協力のお願い

回収対象品を購入いただいたお客様は、以下の2点にご協力お願い致します。

- ・恐れ入りますが弊社営業担当、または末尾記載のお問合せ先までご連絡いただけますようお願い申し上げます。回収対象品がお手元にごございましたら併せて代替品を手配させていただきます。
- ・回収対象品の在庫の有無に関わらず、回収確認書に必要事項をご記入の上、弊社までご送付願います。

[回収対象品の確認方法] ロット表示位置 下記写真の赤枠内です。写真は一例。

| 外箱 | チャック付袋 | パウチ |
|---|---|---|
|  |  |  |

本件につきまして、ご不明な点等がございましたら、弊社営業もしくは下記までお問合せくださいますようお願い致します。

[本件に関する問合せ先]

メドライン・ジャパン合同会社 カスタマーサービス： 03-6824-9480

受付時間： 月曜～金曜 10:00～16:00（祝日を除く）

以上